

ULTRASONİK BANYO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazın banyo kapasitesi en az 4 litre olmalıdır.
2. Cihaz temizlenecek parçaları, paslanmaz çelik küveti içerisine koyulan sıvıyı sonik titreşimler ile harekete geçirerek etkili bir şekilde temizlemelidir
3. Cihazın dış gövdesi AISI 304 Satine paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
4. Cihazın ultrasonik transduserleri 28 KHz'de çalışmalıdır.
5. Cihazın mikroprosesörlü dijital termostat kontrolü sayesinde, kazan içi ısısını 80°C 'ye kadar ayarlayabilmeli ve bu değer cihazın üzerinde bulunan dijital göstergeden izlenebilmelidir. Aynı zamanda ısıtıcı görevi gören rezistanslar bir açma/kapama düğmesi vasıtası ile gerekirse devre dışı da bırakılabilmelidir.
6. Cihazın çalışma süresi dijital ön panelden 0-100 dakika arasında birer dakikalık aralıklarla ayarlanabilmelidir.
7. Zaman ayarı, banyo sıcaklık ayarı ve ultrasonik açma/kapama butonu ön panel üzerinde olmalıdır ve cihazın çalışmakta olduğunu veya çalışmadığını gösteren iki ayrı indikatör ışığı bulunmalıdır.
8. Cihazın üzerinde bulunan açma/kapama düğmeleri vasıtasıyla, cihazın elektrik şebekesi ile olan bağlantısı tamamen kesilmelidir.
9. Cihazın mikroprosesörü, yapılan en son ayarı hatırlamalı ve cihaz kapatılıp açıldıktan sonra yeniden ayar gerektirmeden en son ayardan yeniden başlatılabilmelidir.
10. Cihaz ile birlikte küvete uygun paslanmaz çelikten imal tel sepet ve paslanmaz kapak verilmelidir.
11. Cihaz 220V/50Hz şebeke ceryanı ile çalışmalıdır.
12. Cihaz imalat hatalarına karşı iki yıl ücretsiz servis ve yedek parça garantili olmalıdır.

Ahmet Bülent Karadağlı
Uygundur
[Signature]